

P1 級實驗室一般規範

- 1) 實驗室具備跟一般微生物學實驗室相同等級的設備。
- 2) 若在此級實驗室內同時進行非基因重組的實驗時，需明確劃分實驗區域，小心進行操作。
- 3) 進行實驗時，宜關閉實驗室的門窗。
- 4) 每日實驗結束時需滅菌實驗台，如實驗中發生污染，需立即加以滅菌。
- 5) 實驗所產生之所有生物材料廢棄物，需盡快滅菌後再依院方「感染性廢棄物管理」相關辦法丟棄。被污染的器具需先經滅菌後，再清洗使用或丟棄。
- 6) 不得用口做吸量操作。
- 7) 實驗室內禁止飲食、吸煙及保存食物。
- 8) 操作重組體之後，或離開實驗室之前要洗手。
- 9) 在所有操作中，應儘量避免產生氣霧。
- 10) 要從實驗室搬離被污染物品時，必需將其放入堅固且不漏的容器，在實驗室內密封後才可運出。
- 11) 防除實驗室的非實驗用生物，如昆蟲及鼠類等。
- 12) 若有其他方法可用，應避免使用針頭。
- 13) 實驗用衣物的使用，需遵從計畫主持人的指示。
- 14) 需遵守計畫主持人所訂之其他事項。

參考資料：科技部基因重組實驗守則